Clipamed©

www.clipamed.fr

Laparoscopie Ultimate

Gamme d'instruments

purple surgical
Cory Bros

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr

Gamme d'instruments de laparoscopie *Ultimate*

Instruments de longueur standard, 33cm	
Ciseaux monopolaires	(CB3551ULT / PS3551ULT)
Mini-Menzenbaum Ciseaux monopolaires	(CB3581ULT / PS3581ULT)
Forceps de dissection Maryland 5mm	(CB3552ULT / PS3552ULT)
Forceps de saisie droits 5mm	(CB3553ULT / PS3553ULT)
Pince « LapClinch » cliquet 5mm	(CB3554ULT / PS3554ULT)
Pince « LapClinch » sans cliquet 5mm	(CB3555ULT / PS3555ULT)
Forceps de saisie droits à cliquet 5mm	(CB3556ULT / PS3556ULT)
Pince intestinale à cliquet 5mm	(CB3557ULT / PS3557ULT)
Pince intestinale sans cliquet 5mm	(CB3587ULT / PS3587ULT)
Pince « LapClinch » cliquet type dent de rat 5mm	(CB3558ULT / PS3558ULT)
Pince de Babcock 5mm	(CB3559ULT / PS3559ULT)
Instruments longs, 44cm	
Ciseaux monopolaires	(CB3541ULT / PS3541ULT)
Forceps de dissection Maryland 5mm	(CB3542ULT / PS3542ULT)
Forceps de saisie droits 5mm	(CB3543ULT / PS3543ULT)
Pince « LapClinch » cliquet 5mm	(CB3544ULT / PS3544ULT)
Forceps de saisie droits à cliquet 5mm	(CB3546ULT / PS3546ULT)
Pince intestinale à cliquet 5mm	(CB3547ULT / PS3547ULT)
Pince « LapClinch » cliquet type dent de rat 5mm	(CB3548ULT / PS3548ULT)
Pince de Babcock 5mm	(CB3549ULT / PS3549ULT)
Instruments courts, 17cm	
Ciseaux monopolaires	(CB3531ULT / PS3531ULT)
Forceps de dissection Maryland 5mm	(CB3532ULT / PS3532ULT)
Forceps de saisie droits 5mm	(CB3533ULT / PS3533ULT)
Pince « LapClinch » cliquet 5mm	(CB3534ULT / PS3534ULT)
Forceps de saisie droits à cliquet 5mm	(CB3536ULT / PS3536ULT)
Pince intestinale à cliquet 5mm	(CB3537ULT / PS3537ULT)
Pince « LapClinch » cliquet type dent de rat 5mm	(CB3538ULT / PS3538ULT)
Pince de Babcock 5mm	(CB3539ULT / PS3539ULT)

FR **CONSIGNES D'UTILISATION**

Veuillez lire les informations ci-dessous avant d'utiliser ces instruments.

Indications :
La gamme d'instruments ***Ultimate*** de Purple Surgical / Cory Bros peut être utilisée lors des procédures chirurgicales mini-invasives dans la saisie et transsection tissulaire avec l'option d'hémostase électrochirurgicale.

Description de l'instrument : ciseaux monopolaires
Les ciseaux monopolaires de Purple Surgical / Cory Bros sont utilisés dans un certain nombre de procédures endoscopiques. Ces ciseaux sont équipés d'une tige isolée rotative d'un diamètre de 5mm et sont conçus pour être utilisés avec les trocarts chirurgicaux appropriés. La roulette rotative située sur le manche fait pivoter la tige à 360°. Cet instrument possède un connecteur de diathermie monopolaire qui part du haut de la poignée et peut être utilisé dans l'électrochirurgie lorsqu'il est correctement connecté aux câbles standards de diathermieet au générateur approprié. Les lames des ciseaux sont activées par compression et relâchement des poignées.

Description de l'instrument : forceps de dissection Maryland 5mm
Les forceps de dissection Maryland 5mm de Purple Surgical / Cory Bros sont utilisés dans un certain nombre de procédures endoscopiques. Ces forceps sont équipés d'une tige isolée rotative d'un diamètre de 5mm et sont conçus pour être utilisés avec les trocarts chirurgicaux appropriés. La roulette rotative située sur le manche fait pivoter la tige à 360°. Cet instrument possède un connecteur de diathermie monopolaire qui part du haut de la poignée et peut être utilisé dans l'électrochirurgie lorsqu'il est correctement connecté aux câbles standards de diathermie, et au générateur approprié. Les mâchoires de dissection sont activées par compression et relâchement des poignées.

Description de l'instrument : forceps de saisie droits 5mm (avec ou sans cliquet)
Les forceps de saisie droits 5mm de Purple Surgical / Cory Bros sont utilisés dans un certain nombre de procédures endoscopiques. Ces forceps sont équipés d'une tige isolée rotative d'un diamètre de 5mm et sont conçus pour être utilisés avec les trocarts chirurgicaux appropriés. La roulette rotative située sur le manche fait pivoter la tige à 360°. Cet instrument possède un connecteur de diathermie monopolaire qui part du haut de la poignée et peut être utilisé dans l'électrochirurgie lorsqu'il est correctement connecté aux câbles standards de diathermie
et au générateur approprié. Les mâchoires droites atraumatique et fenêtrées sont activées par compressions et relâchement des poignées. Le cliquet bloque automatiquement les mâchoires dans la position souhaitée, et permet une saisie ferme des tissus. Ce cliquet se débloque facilement en appuyant simplement sur la partie calottée du cliquet.

Description de l'instrument : pince « LapClinch » cliquet & pince « LapClinch » cliquet type dent de rat 5mm
La pince « LapClinch » cliquet 5mm & la pince « LapClinch » cliquet type dent de rat 5mm de Purple Surgical / Cory Bros sont utilisés dans un certain nombre de procédures endoscopiques. Ces pinces sont équipées d'une tige isolée rotative d'un diamètre de 5mm et sont conçues pour être utilisées avec les trocarts chirurgicaux appropriés. La roulette rotative située sur le manche fait pivoter la tige à 360°. Ces instruments possèdent un connecteur de diathermie monopolaire qui part du haut de la poignée et peuvent être utilisés dans l'électrochirurgie lorsqu'ils sont correctement connectés aux câbles standards de diathermieet au générateur approprié Les mâchoires dentelées sont activées par compression et relâchement des poignées. Le cliquet bloque automatiquement les mâchoires dans la position souhaitée, et permet une saisie ferme des tissus. Ce cliquet se débloque facilement en appuyant simplement sur la partie calottée du cliquet.

Description de l'instrument: Pince intestinale à cliquet / avec ou sans cliquet 5mm
La pince intestinale à cliquet 5mm de Purple Surgical / Cory Bros est utilisée dans un certain nombre de procédures endoscopiques. Cette pince est équipée d'une tige isolée rotative d'un diamètre de 5mm et est conçue pour être utilisée avec les trocarts chirurgicaux appropriés. La roulette rotative située sur le manche fait pivoter la tige à 360°. Cet instrument possède un connecteur de diathermie monopolaire qui part du haut de la poignée et peut être utilisé en électrochirurgie lorsqu'il est correctement connecté aux câbles standards de diathermie et au générateur approprié. Les mâchoires

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr

dentelées sont activées par compression et relâchement des poignées. Le cliquet bloque automatiquement les mâchoires dans la position souhaitée, et permet une saisie ferme des tissus. Ce cliquet se débloque facilement en appuyant simplement sur la partie calottée du cliquet

Description de l'instrument : pince de Babcock cliquet 5mm
La pince de Babcock cliquet 5mm de Purple Surgical / Cory Bros est utilisée dans un certain nombre de procédures endoscopiques. Cette pince est équipée d'une tige isolée rotative d'un diamètre de 5mm et est conçue pour être utilisée avec les trocarts chirurgicaux appropriés. La roulette rotative située sur le manche fait pivoter la tige à 360°. Cet instrument possède un connecteur de diathermie monopolaire qui part du haut de la poignée et peut être utilisé dans l'électrochirurgie lorsqu'il est correctement connecté aux câbles standards de diathermie et au générateur approprié. Les mâchoires dentelées sont activées par compressions et relâchement des poignées. Le cliquet bloque automatiquement les mâchoires dans la position souhaitée, et permet une saisie ferme des tissus. Ce cliquet se débloque facilement en appuyant simplement sur la partie calottée du cliquet

Consignes d'utilisation :
- En employant une technique stérile, retirez l'instrument de son emballage. Pour ne pas causer de dommage, ne basculez pas l'instrument à l'intérieur du champ stérile.
- Les mâchoires de la pince ont une gaine protectrice. Veuillez retirer cette gaine avant l'utilisation.
- Une dérivation de diathermie monopolaire standard doit être fixée au montant de diathermie.
- .Pour faire pivoter la tige, tournez la roulette rotative jusqu'à la position souhaitée
- Les mâchoires sont activées par compression et relâchement des poignées

Contre-indications :
Cette gamme d'instruments ***Ultimate*** n'est pas conçue pour être utilisée lorsque les techniques mini-invasives sont contre-indiquées. En outre, les ciseaux monopolaires et les forceps de dissection Maryland 5mm avec électrochirurgie monopolaire ne sont pas conçus pour la coagulation contraceptive des structures tissulaires des trompes de Fallope, mais peuvent être utilisés pour une hémostase à la suite de la transsection des trompes de Fallope.

Précautions / avertissements :
- Ces instruments sont conçus pour un usage unique et ne doivent pas être réutilisés ou stérilisés à nouveau. A ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Les procédures endoscopiques ne doivent être exécutées que par les médecins familiers avec ces procédures et ayant reçu une formation adéquate. En outre, avant d'exécuter ces procédures, il est nécessaire de consulter des références médicales à propos des techniques, dangers, contre-indications et complications de ces procédures.
- Avant d'utiliser des instruments et accessoires endoscopiques provenant de différents fabricants lors d'une procédure, veuillez vérifier leur compatibilité et vous assurer que la mise à terre électrique n'est pas compromise.
- Ne plongez pas les instruments électrochirurgicaux dans un liquide, sauf si les instruments sont conçus et étiquetés à ce propos.
- Une excellente assimilation des techniques et principes utilisés lors des procédures électrochirurgicales est nécessaire afin d'éviter des brûlures ou chocs pour le patient et/ou l'opérateur.
- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du système électrochirurgical approprié afin de vous assurer que toutes les précautions de sécurité sont suivies.
- Lors de l'utilisation de l'électrocautère, veuillez vous assurer que les lames/mâchoires sont entièrement visibles afin d'éviter de causer des dommages tissulaires par inadvertance.
- N'utilisez pas les instruments à cautère monopolaire en tant qu'instruments à cautère bipolaire.
- N'appliquez pas de courant électrochirurgical directement sur les agrafes ou pinces.
- Pour ne pas risquer d'endommager l'instrument, ne l'utilisez pas pour tenter de couper / saisir des agrafes ou pinces.
- N'introduisez pas ou ne retirez pas l'instrument avec les lames / mâchoires ouvertes à travers la douille de trocart.
- Après avoir retiré l'instrument, vérifiez l'hémostase du site (lorsque souhaitée). Si l'hémostase (lorsque souhaitée) n'est pas présente, employez les techniques adéquates afin d'y parvenir.
- Les instruments mini-invasifs peuvent varier en diamètre en fonction du fabricant. Lorsque des instruments et accessoires mini-invasifs de différents fabricants sont utilisés ensemble dans une procédure, vérifiez leur compatibilité avent de débuter la procédure.

Mesures de précaution concernant une utilisation unique :

Ce(s) produit(s) est (sont) fabriqué(s) et vendu(s) pour une utilisation unique. Il est interdit de retraiter et de stériliser à nouveau ce produit. Les effets de tout retraitement et de toute nouvelle stérilisation non autorisés peut entraîner les complications suivantes :

1. Contamination croisée en raison d'un retraitement / d'une nouvelle stérilisation inefficace.
2. Fatigue mécanique et défauts associés en raison des effets du processus de retraitement / nouvelle stérilisation.

Après utilisation unique, le produit doit être recyclé immédiatement en tant que déchet médical contrôlé

Conditions de fourniture :
La gamme d'instruments ***Ultimate*** de Purple Surgical / Cory Bros est fourni stérile pour un usage unique. A jeter après utilisation.

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr